

Code du travail Articles L.4121-3 et R.4121-1

Année 2022

Tutelles

UR1 / INSERM

Etablissement(s)
d'hébergement

Université de Rennes1

Unité de recherche
ou de service

UMR1241 - Nutrition, métabolismes et cancer

Principales activités

L'objectif de l'unité est d'étudier comment les déterminants alimentaires, comportementaux, environnementaux, génétiques et métaboliques ont un impact sur la santé et les maladies chroniques d'organes cibles tels que le foie, le système digestif, l'os, la cavité buccale et le cerveau. Les activités concernent la biologie cellulaire, la biochimie, la biologie moléculaire et la

Directeur

Olivier LOREAL

Effectifs

Enseignants et/ou chercheurs	50	ITA ou IATOS	28	CDD	2
Etudiants	23	Autres	10	TOTAL	113

Sites géographiques
et locaux

Nombre de sites	2	Surface des locaux	2100 m2
--------------------	---	-----------------------	---------

Description succincte
de la méthode
mise en oeuvre
Personnes associées
à l'évaluation

Etude de chaque poste de travail et de leur environnement par les AP

Organisation de la
sécurité au sein de
l'unité

AP (Assistant de Prévention)	Nomination	oui
	Formation initiale	oui
	Formation continue	oui
	Présence d'un registre santé et sécurité	oui
	Existence d'un règlement intérieur	oui
	Mesure pour le travail isolé et/ou horaires décalés	oui
	Existence d'une instance consultative (CLHSCT, autre) au sein de l'unité	non
	Si non, saisie du conseil de laboratoire, service, unité, département	oui
	Rédaction de plans de prévention	oui

Organisation des secours

Nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail	4
Nombre de chargés d'évacuation	12
Nombre d'équipiers de première intervention	0
Présence d'armoires de premiers secours	oui
Affichage de consignes générales de sécurité	oui
Affichage de consignes spécifiques sur la conduite à tenir en cas d'accident	oui
Organisation d'exercices d'évacuation	oui
Nombre de personnes formées à la manipulation des extincteurs	52

Information personnel et formations suivies au cours des 12 derniers mois

Affichage de consignes de sécurité aux postes de travail présentant des risques particuliers	oui
Formation à la sécurité des nouveaux entrants au sein de l'unité	oui
Si oui, dispensée par : - l'Assistant de Prévention - l'encadrant	oui non

Nature des autres formations en hygiène et sécurité suivies par le personnel	Nombre de personnes
--	---------------------

Séminaire des AP (formation continue)	3
---------------------------------------	---

Suivi Médical des personnels

Suivi médical adapté aux risques professionnels - pour les titulaires - pour les non titulaires	oui oui
---	------------

Accidents du travail et maladies professionnelles au cours des 12 derniers mois

Nombre d'accidents du travail	8
Nombre d'accidents analysés	0
Nombre de maladies professionnelles	0

Nature des accidents et des maladies professionnelles

Piqûre, malaises (vertiges), chutes, coupures, douleurs (trouble musculo-squelettique) Incident: Infiltration d'eau

Gestion des déchets

Mise en place d'une gestion des déchets	oui
Stockage des déchets dans un local réservé	oui
Elimination selon une filière agréée	oui

Sigle unité

NuMeCAN

Directeur

Olivier LOREAL

Année

2022

Unité de recherche
ou de service

UMR1241

Date de présentation au CLHSCT
ou au conseil d'unité, de laboratoire, département, service

20/06/2022

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R1/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 01 - Hall d'entrée / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Hall d'entrée	Paillason. Éviter l'encombrement de colis dans la zone.	
R2/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 07 - Secrétariat / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 08 - Secrétariat / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 08 bis - secrétariat / Partout	Administratif	Travail sur écran	4	Secrétariat	Ergonomie adapté suite à la visite de la médecine du travail	
R4/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 09 - Archives / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 010 - Archives / Partout 94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Pièce de stockage encombrée, escalier en colimasson	Aucun	Manque de places; pas de monte charge

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R6/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 4 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 8 bis - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 012 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 016 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 08 - Secrétariat / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 011 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 014 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 07 - Secrétariat / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 23 - Bureau / Partout	Bureau Contrôle du comportement alimentaire Administratif Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Recherche	Travail sur écran	2	Bureautique	Ergonomie adaptée	
R8/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 015bis - Container azotes- / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 126 - container et réserve azote / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Recherche	Liquides cryogéniques et bouteilles de gaz	4	Container d'azote	EPI adaptés à la manipulation cryogénique: gants et lunettes de protection Détecteur d'O2 Ventilation adaptée	
R9/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 031 - Salle de réunion / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 8 - Salle de réunion / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 110 - Salle de réunion / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 213 - salle de réunion / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	3	Salle de réunion	Aucun	Aucun

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R12/2016	01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 101 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 102 - bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 105 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 107 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 103 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 104 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 106 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 111 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 113 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 115 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 117 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 119 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 121 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 220 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 222 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 217 - secrétariat / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 224 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 225 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 226 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 227 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 228 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 229 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 231 - Bureau / Partout	Bureau Stress, Défenses et Régénération Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Travail sur écran	3	conditions ambiantes adaptées	Ergonomie adaptée, pauses régulières	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 232 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 233 - Bureau / Partout						
R13/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 015bis - Container azotes- / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 126 - container et réserve azote / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	3	Container d'azote manipulation des containers et des racks	EPI adaptés à la manipulation cryogénique: gants et lunettes de protection ventilation des locaux DéTECTEURS d'oxygène	
R15/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 015 - Centrifugeuses-Congélateurs / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 124 - Congélateurs et ultracentrifugeuse / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 211 - congélateurs / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Sol glissant dû à la présence de glace ou d'eau	Présence d'un paillason ou d'une serpillière utilisation de la signalétique, sol glissant	
R17/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 015 - Centrifugeuses-Congélateurs / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 124 - Congélateurs et ultracentrifugeuse / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 211 - congélateurs / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Recherche	Risque électrique	4	Ultracentrifugeuses, congélateurs	Dispositif de coupure électrique d'urgence Vérification électrique annuelle	
R22/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 35A - Réserve produits chimiques / Partout	Recherche	Risque chimique	4	Stockage de produits chimiques	EPI armoire de sécurité et pièce ventilée, présence des FDS	

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R26/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 26 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 122 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 120 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 123 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 124 - Congélateurs et ultracentrifugeuse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 125 - Laboratoire Analyse qPCR / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 129 - Laboratoire Analyse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 131 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 133 - Laboratoire HPLC / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 022 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/1 - P2 bactério / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/2 - P2 cellulaire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 205/1 - pièce SeaHorse / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 207/1 - extractions biomol / thermocycleurs / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 207/2 - labo bactério/biomol / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 208 - bactério anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 210/1 - migrations de gels /agents intercalants / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 211 - congélateurs / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 212 - bactério anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 214 - protéomique / Partout	Recherche Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Stress, Défenses et Régénération Contrôle du comportement alimentaire Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	4	lyse de cellules pour obtention : ADN, ARN, protéines Risque bactériologique Manipulation de produits biologiques humains ou d'animaux	Sorbonnes, EPI, PSM entretien et vérification annuelle signalisation du risque élimination des déchets en filière agréée	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout						
R27/2016	01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 123 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 124 - Congélateurs et ultracentrifugeuse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 125 - Laboratoire Analyse qPCR / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 128 - Réserve et balances pour produits chimiques / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 129 - Laboratoire Analyse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 131 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 133 - Laboratoire HPLC / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 120 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 122 - Laboratoire / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 26 - Laboratoire / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 022 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 206 - produits chimiques / Partout	Recherche Stress, Défenses et Régénération Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Contrôle du comportement alimentaire Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	4	Manipulation de produits CMR, solvants, acides-bases	EPI sorbonne vérification régulière FDS Formation H et S des nouveaux entrants	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R28/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 029 - Laboratoire / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 030 - Laboratoire / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 028 - Salle BET / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 035 - Ex- Animalerie / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 017 - Radioactivité / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 018 - labo chaud / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 025 - Laverie / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 35A - Réserve produits chimiques / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 35E - divers / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 120 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 122 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 123 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 125 - Laboratoire Analyse qPCR / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 127 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 128 - Réserve et balances pour produits chimiques / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 131 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 133 - Laboratoire HPLC / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 26 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/1 - P2 bactério / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/2 - P2 cellulaire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 205/1	Recherche Stress, Défenses et Régénération Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Nutrition, métabolismes et cancer	Risque électrique	4	utilisation de générateurs électriques pour électrophorèse, d'appareils de dosages, de bain-marie, de blocs chauffant...de centrifugeuses avec risques de projections, Nanodrop,, luminomètre appareil qPCR	appareils contrôlés électriquement une fois par an par l'APAVE Formation H et S des nouveaux entrants Arrêt d'urgence disjoncteur	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
	- pièce SeaHorse / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 207/1 - extractions biomol / thermocycleurs / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 207/2 - labo bactério/biomol / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 208 - bactério anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 210/1 - migrations de gels /agents intercalants / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 212 - bactério anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 214 - protéomique / Partout						

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R29/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 029 - Laboratoire / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 030 - Laboratoire / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 017 - Radioactivité / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 018 - labo chaud / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 26 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 120 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 122 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 123 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 124 - Congélateurs et ultracentrifugeuse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 125 - Laboratoire Analyse qPCR / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 128 - Réserve et balances pour produits chimiques / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 129 - Laboratoire Analyse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 131 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 133 - Laboratoire HPLC / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 027 - Réserve d'eau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 035 - Ex- Animalerie / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 022 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 206 - produits chimiques / Partout	Recherche Stress, Défenses et Régénération Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Contrôle du comportement alimentaire Nutrition, métabolismes et cancer	Incendie	2	Utilisation de produits chimiques, et de matériels électriques	signalisation et balisage d'évacuation, détecteur de fumées et désenfumage avec vérification périodique Formation à l'utilisation d'extincteurs permis feu Formation H et S des nouveaux entrants	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R30/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 035 - Ex-Animalerie / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	4	sol mouillé	serpillière signalisation de sol glissant	
R31/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 9 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 127 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 204 - préparatoire / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	4	contact avec de la vaisselle souillée coupures	EPI	
R32/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 9 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 127 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	4	contact avec de la vaisselle souillée coupures	EPI	
R33/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 025 - Laverie / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 9 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 127 - Laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 204 - préparatoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 206 - produits chimiques / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque électrique	4	Lave vaisselle, armoire séchante, appareil à production d'eau mQ	vérification 1 fois par an des appareils électrique avec l'APAVE	
R34/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 24 - Laboratoire culture C4 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 25 - Laboratoire culture C3 / Partout	Recherche	Chutes de personne	4	Zone inoccupée (ex-L3), utilisation ponctuelle de congélateurs et centrifugeuse. Secteur isolé avec interphone non fonctionnel		

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R35/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 22 - Couloir / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 15 - Laverie culture C1 / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 204 - préparatoire / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Recherche	Equipements sous pression (hors bouteille de gaz) ou sous vide	2	présence d'un autoclave sur des lieux de passages	Issue de secours à proximité. Entretien périodique et contrôle réglementaire APAVE Utilisation: uniquement pour les personnes Habilitées	
R36/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 20 - Chambre froide 4°C / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 024 - Chambre froide / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 21 - Chambre froide -30°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Recherche	Ambiances / Conditions de travail	3	Exposition au froid - Risque de chutes lié à l'humidité	EPI - Durée d'exposition faible	
R37/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 024 - Chambre froide / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 20 - Chambre froide 4°C / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 21 - Chambre froide -30°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Recherche	Risque électrique	2	Utilisation de centrifugeuses et agitateurs	Limiter le stockage de matériel électrique -	

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R38/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 4 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 8 bis - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 23 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 016 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 101 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 102 - bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 103 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 104 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 105 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 106 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 107 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 111 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 113 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 115 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 117 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 119 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 121 - Bureau / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Bureau	Travail sur écran	2	Travail sur Écran	meublier, ergonomie et conditions ambiantes de travail adaptés	
R39/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 4 bis - Local Technique / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 19 - Local Technique / Partout 94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 06 - Accueil-Réception colis / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Risque électrique	3	Travaux électriques	Signalétique sur les portes des locaux Entretien et contrôle périodique réglementaire des installations Habilitation des personnels devant intervenir	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R40/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 10 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 11 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 12 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 13 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 14 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 15 - Laverie culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 16 - Laboratoire culture C2 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 25 - Laboratoire culture C3 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 24 - Laboratoire culture C4 / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/2 - P2 cellulaire / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	4	Manipulation de cellules humaines ou animales	EPI, PSM, détecteur de CO2 Vaccinations Formations aux risques biologiques Existence d'un règlement, affichage des consignes de sécurité, éliminations des déchets en filière agréées Entretien et vérification régulières du matériel	
R41/2016	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 10 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 11 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 12 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 13 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 14 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 15 - Laverie culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 16 - Laboratoire culture C2 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 25 - Laboratoire culture C3 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 24 - Laboratoire culture C4 / Partout	Recherche	Risque chimique	4	Traitement cellulaire Incubateur à CO2	EPI, PSM Détecteur de CO2 Formation aux risques chimiques limitation et gestion des produits chimiques dans ces secteurs Élimination des déchets en filière agréée affichage des consignes de sécurité Existence d'un règlement	

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R42/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 017 - Radioactivité / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 018 - labo chaud / Partout	Recherche	Rayonnements ionisants	3	Manipulation de sources radioactives non scellées Manipulation d'échantillons radioactifs	EPI- Sorbonne Frottis de contrôle conformité du local stockage sécurisé des sources et des déchets Formation du personnel aux risques liés aux rayonnements ionisants Affichage des consignes de sécurité frottis de non contamination surfacique, dosimétrie passive, contrôle annuel par une société indépendante, autorisation ASN container en plexiglas, fûts épais (UR1), élimination régulière	
R43/2016	94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Incendie	3	Zone de stockage consommables, solvants et échantillons en formol - Zone isolée	Présence de détecteur incendie	
R45/2016	94-Bâtiment 15 / RDC / 35A - Réserve produits chimiques / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 128 - Réserve et balances pour produits chimiques / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 206 - produits chimiques / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	3	Pesée de produits chimiques - Stockages de solvants, acides et bases	EPI Armoires ventilées et frigidaire ATEX	
R46/2017	94-Bâtiment 15 / RDC / 35B - Stockage / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 35C - Stockage / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 35F - Stockage / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 130 - Réserve consommable / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 201/1 - réserve / Partout 94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	4	Stockage de matériel et de papiers		

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R47/2017	94-Bâtiment 15 / RDC / 35D - Local Technique / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Risque électrique	4	Risque électrique, présence d'un ballon d'eau	Signalétique sur la porte du local	
R48/2017	94-Bâtiment 15 / RDC / 017 - Radioactivité / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/2 - P2 cellulaire / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	4	Culture cellulaire	EPI PSM Formation des personnes à manipuler dans ce secteur	
R49/2017	94-Bâtiment 15 / RDC / 017 - Radioactivité / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 10 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 11 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 12 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 13 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 14 - Laboratoire culture C1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 16 - Laboratoire culture C2 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 24 - Laboratoire culture C4 / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 25 - Laboratoire culture C3 / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/1 - P2 bactério / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/2 - P2 cellulaire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 205/1 - pièce SeaHorse / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Autres risques	4	Zone surveillée , Incubateur à CO2	Détecteur de CO2 Affichage des consignes de sécurité	
R51/2017	01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 128 - Réserve et balances pour produits chimiques / Partout	Recherche	Ambiances / Conditions de travail	4	Présence d'un sonicateur	EPI, Casque de protection Porte fermée lors de l'utilisation	
R52/2017	94-Bâtiment 15 / RDC / 04 - Couloir / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 05 - Couloir / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 3 - Couloir principal / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Chute possible lors du lavage du sol	Signalétique à positionner lors du ménage	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R63/2017	94-Bâtiment 15 / RDC / 02 - Escalier de la cave / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	3	Escalier d'accès au sous-sol, Et lors de la descente des colis	Allumer la lumière avant de descendre	
R65/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 210/1 - migrations de gels /agents intercalants / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Ambiances / Conditions de travail	2	pièce orientée sud, trop chaude en été, risque de malaise	ouverture des fenêtres	lors des manipulations, pas d'ouverture de fenêtre possible
R66/2020	94-Bâtiment 15 / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Conditions de vie au travail	2	Risques psychosociaux, modification de la composition des équipes et des thèmes de recherche; précarité des contractuels		campagne RPS 2019 , résultat: 8.7% (10 répondants / 115 agents)
R67/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 208 - bactério anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 212 - bactério anaérobie / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Atmosphères explosives	1	présence d'une grande bouteille de gaz contenant de l'hydrogène, du gaz carbonique et de l'azote, reliée à une enceinte anaérobie sous pression	bouteille attachée au mur, détecteur d'oxygène, porte ouverte en permanence, signalétique adaptée à la porte	pas d'extraction d'air, ni de ventilation forcée
R68/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 208 - bactério anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 212 - bactério anaérobie / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Equipements sous pression (hors bouteille de gaz) ou sous vide	2	risque d'asphyxie	détecteur d'oxygène, porte de la pièce ouverte en permanence, affichage de sécurité à l'entrée de la pièce	aucune ventilation forcée ni extraction d'air
R69/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 204 - préparatoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 206 - produits chimiques / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Ambiances / Conditions de travail	2	manipulation de produits chimiques ou produits biologiques odorants	manipulation sous sorbonne	manipulation hors sorbonne
R70/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 204 - préparatoire / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Ambiances / Conditions de travail	3	risque de brûlure lors de la sortie du lave-verrerie des matériels, ou la sortie et le vidage des matériels de l'autoclave	gants de protection	brûlures lors du renversement de milieux de culture gélosé inactivé par autoclavage, ou des verreries sorties trop vite du lave-verrerie
R71/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 211 - congélateurs / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Equipements de travail et matériel de laboratoire	2	brûlure par le froid lors de l'utilisation des congélateurs - 80°C	gants de protection	gants trop épais pour manipuler de petits éléments, utilisation à main nue

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R72/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 204 - préparatoire / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Equipements de travail et matériel de laboratoire	2	émission de vapeur à l'autoclavage des milieux de culture pour décontamination	ouverture des fenêtres, extraction d'air	le renouvellement de l'air est trop peu rapide
R73/2019	94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 201/1 - réserve / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 130 - Réserve consommable / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Autres risques	2	chute de matériels et consommables stockés en hauteur	être plusieurs personnes pour éviter les risques	souvent une personne seule va chercher du matériel
R74/2019	94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 201/1 - réserve / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	2	rangement de cartons de consommables après réception de livraisons	allumer l'escalier	charges lourdes et encombrantes, difficiles à manier
R75/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 201/1 - réserve / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	2	lors de la manutention des colis réceptionnés, du bât 15 au sous-sol, à amener au bât 6 2nd étage, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur	à faire à deux personnes	moyens de prévention pas réalisable en permanence
R76/2019	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	2	manipulation des conteneurs de déchets biologiques pleins lourds		

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R77/2020	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 220 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 222 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 224 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 225 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 217 - secrétariat / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 226 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 227 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 228 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 229 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 231 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 232 - Bureau / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 233 - Bureau / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Travail sur écran	2	travail sur écran plusieurs heures par jour		
R78/2020	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / Partout 94-Bâtiment 15 / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	chute sur sol mouillé lavé ou glissant (eau, glace)	panneau de signalisation, serpillière	
R79/2020	01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Ambiances / Conditions de travail	3	Présence parfois d'odeurs fortement désagréables venant de l'institut médico-légal du RDC du bâtiment 7 lors d'interventions d'autopsie	Aération, alerte des services de la DRIM	Défaillance au niveau des systèmes de ventilation, passage des odeurs au niveau des gaines techniques et placards techniques au niveau du couloir

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R80/2020	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / Partout 94-Bâtiment 15 / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	3	COVID-19 exposition par voie aérienne, cutanée. Contagion élevée	Gestes barrières, port du masque obligatoire partout, réservation en ligne des postes de travail culture (limiter le flux du personnel), mise en place d'une jauge pour les zones commune (salles de réunion, tisanerie: place en quinconce). PRA mis en place après le confinement	
R81/2020	94-Bâtiment 15 / RDC / 09 - Archives / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 010 - Archives / Partout 94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 035 - Ex-Animalerie / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer Administratif	Chutes de personne	4	Pièce de stockage encombrée	Aucun	Manque de places; pas de monte charge
R82/2020	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 4 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 8 bis - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 012 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 016 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 08 - Secrétariat / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 011 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 014 - Bureau / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 07 - Secrétariat / Partout 94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 23 - Bureau / Partout	Bureau Contrôle du comportement alimentaire Administratif Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Recherche	Travail sur écran	2	Bureautique	Ergonomie adaptée	
R83/2020	94-Bâtiment 15 / RDC / 35A - Réserve produits chimiques / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 128 - Réserve et balances pour produits chimiques / Partout	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	2	Stockage de produits chimiques	EPI armoire de sécurité et pièce ventilée, présence des FDS	Pièce de stockage au bâtiment 15 isolée. Manque des étagères aux normes de stockage des produits chimiques

Document de travail

Document de travail

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
R84/2020	94-Bâtiment 15 / Etage 1 / 26 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 122 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 120 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 123 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 124 - Congélateurs et ultracentrifugeuse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 125 - Laboratoire Analyse qPCR / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 129 - Laboratoire Analyse / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 131 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 132 - 4°C/-20°C / Partout 01-Bâtiment 07 / Etage 1 / 133 - Laboratoire HPLC / Partout 94-Bâtiment 15 / RDC / 022 - Laboratoire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/1 - P2 bactériolo / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 203/2 - P2 cellulaire / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 205/1 - pièce SeaHorse / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 207/1 - extractions biomol / thermocycleurs / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 207/2 - labo bactériolo/biomol / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 208 - bactériolo anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 210/1 - migrations de gels /agents intercalants / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 211 - congélateurs / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 212 - bactériolo anaérobie / Partout 01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 214 - protéomique / Partout	Recherche Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Stress, Défenses et Régénération Contrôle du comportement alimentaire Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	4	lyse de cellules pour obtention : ADN, ARN, protéines bactériologique Manipulation de produits biologiques humains, animaux, cellulaires	Sorbonnes, EPI, PSM entretien et vérification annuelle signalisation du risque élimination des déchets en filière agréé Formation des nouveaux entrants aux risques biologiques	

Réf.	Lieux / Postes	Service	Facteur de risques	P	Modalités d'exposition	Moyens de prévention en place	Carences / Dysfonctions
	01-Bâtiment 06 / Etage 2 / 202 - laverie / Partout						
R85/2022	94-Bâtiment 15 / RDC / 35A - Réserve produits chimiques / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Incendie	1	Risque incendie	Aucun	Manque un détecteur incendie
R86/2022	94-Bâtiment 15 / RDC / 026 - Laboratoire / Partout	Recherche	Risque biologique	3	Manipulations de produits biologiques, expériences de biologie moléculaire et cellulaire	EPI	
R87/2019	94-Bâtiment 15 / RDC / 016 - Bureau / Partout	Recherche	Ambiances / Conditions de travail	4	Pas de lumière naturelle	Réservée aux stages de courtes durée	
R88/2019	94-Bâtiment 15 / Sous-sol / Partout	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Réception et stockage de colis Réapprovisionnement pour les zones d'utilisation		Absence de monte-charge Escalier non aux normes

Document de travail

Document de travail

Sigle unité

NuMeCAN

Directeur

Olivier LOREAL

Année

2022

Unité de recherche
ou de service

UMR1241

Date de présentation au CLHSCT
ou au conseil d'unité, de laboratoire, département, service

20/06/2022

Réf.	Service	Facteur de risques	P	Action de prévention	Type	Coût	Fin prévue	Responsable	Statut
R1/2016	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Placer une petite table près de l'accueil pour déposer les colis	Equipement	0	30/06/2022	Responsable administration	En cours
R4/2016	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Faire du rangement	Organisationnel	0	20/12/2022	Responsable administration	En cours
R9/2016	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	3	câbles électriques dans des gaines incorporées dans le sol pour le bâtiment 15, pièce 8	Technique	0	08/01/2025	Responsable Vérification électrique	En cours
R13/2016	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	3	De préférence aller en binôme pour la manipulation au niveau des grands containers. Prévoir d'acheter des modèles de containers plus adaptés	Equipement	2000	20/12/2022	Responsable Azote liquide	En cours
R26/2016	Recherche Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Stress, Défenses et Régénération Contrôle du comportement alimentaire Nutrition, métabolismes et cancer	Risque biologique	4	Formation H&S des nouveaux entrants	Formation	0	20/12/2022	Assistant de prévention	En cours
R28/2016	Recherche Stress, Défenses et Régénération Métaux, Pathologies, et Thérapies Vectorisées Nutrition, métabolismes et cancer	Risque électrique	4	mise aux normes des matériels suivant les recommandations de l'APAVE	Equipement	0	20/12/2022	Responsable Vérification électrique	En cours

Document de travail

Document de travail

Réf.	Service	Facteur de risques	P	Action de prévention	Type	Coût	Fin prévue	Responsable	Statut
R34/2016	Recherche	Chutes de personne	4	Réparation de l'interphone	Equipement	50	20/06/2022	Assistant de prévention	En cours
R43/2016	Nutrition, métabolismes et cancer	Incendie	3	Enlèvement des échantillons en formol	Organisationnel	0	20/12/2022	Chef d'équipe EXPRES	En cours
R45/2016	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	3	Armoires pour les inflammables ; pour les comburants ; pour les acides et les bases pour les toxiques et CMR ; pour les irritants	Equipement	0	31/12/2025	Directeur d'Unité	En cours
R45/2016	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	3	Achat d'étagères de stockage aux normes pour le rangement des produits chimiques	Equipement	0	31/12/2025	Directeur d'Unité	En cours
R46/2017	Nutrition, métabolismes et cancer	Manutention manuelle	4	Enlèvement des cartons vides	Humain	0	31/03/2023	Directeur d'Unité	En cours
R65/2019	Nutrition, métabolismes et cancer	Ambiances / Conditions de travail	2	mise en place d'un climatiseur	Equipement	0	20/12/2022	Directeur d'Unité	En cours
R66/2020	Nutrition, métabolismes et cancer	Conditions de vie au travail	2	Demande d'une réunion pour la constitution de groupes de travail. Nouveau sondage RPS, numéro vert psychologue, cellule psychologique	Organisationnel	0	20/12/2022	Directeur d'Unité	En cours
R81/2020	Nutrition, métabolismes et cancer Administratif	Chutes de personne	4	Rangement à effectuer dans la pièce archives de l'animalerie	Humain	0	20/12/2022	Responsable administration	En cours
R83/2020	Recherche Nutrition, métabolismes et cancer	Risque chimique	2	Achat d'armoires aux normes de stockage des produits chimiques	Equipement	1000	20/12/2022	Assistant de prévention	En cours
R85/2022	Nutrition, métabolismes et cancer	Incendie	1	Demande de pose d'un détecteur incendie relié à un diffuseur sonore	Equipement	500	31/12/2022	Assistant de prévention	En cours
R86/2022	Recherche	Risque biologique	3	Ajouter une affiche signalétique des risques et moyens de prévention au niveau de l'entrée de la pièce	Organisationnel	0	31/12/2022	Assistant de prévention	En cours
R88/2019	Nutrition, métabolismes et cancer	Chutes de personne	2	Lieu de stockage au RDC et non isolé	Immobilier	0	31/08/2023	Directeur d'Unité	En cours

Document de travail

Document de travail